

## 委託件名：日射量観測装置保守

## 点検記録簿

事業所名	飯田営業所		点検者	□□(株)					
実施年月日	年	月	日	現場責任者	○○ ○○				
作業時間	○○	:	○○	～	○○	:	○○	作業員	△△ △△

点検対象	点検項目		結果	補修内容および特記事項
水平面日射計 S/N: A10131 係数: 7.19 ( $\mu\text{V}/\text{W}\cdot\text{m}^2$ )	清掃及び 目視点検	清掃	✓	作業前、作業中、作業後の 写真記録を添付する。
		水平確認	✓	
		シリカゲル取替	C	
		固定状況	✓	
屋外端末BOX	内外部目視点検	機器類取付固定状況	✓	
		運転状態（ランプ類）	✓	
主端末BOX	内外部目視点検	機器類取付固定状況	✓	
		運転状態（ランプ類）	✓	
その他 ケーブル、配管 ステッカー類 CTクランプ等	外部目視点検 取付状況、固定状況 配管水抜き、劣化ステッカー貼り替え		✓	

## ◆凡例

該当なし※	清掃実施	良好	✓	交換	C	調整	A	補修	R	別途修理要	×
-------	------	----	---	----	---	----	---	----	---	-------	---

## その他特記事項

--